# Analysenzertifikat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktname:** | Aqua Bidestillata | **Forml:** | $H_2O$ |
| **Artikelnummer:** | ABI | **Molmasse:** | 18,02 g/mol |
| | | **C.I. Nr.:** | - |
| **Chargen Nr:** | 252129 | **CAS Nr.:** | 7732-18-5 |
| **Haltbarkeit:** | 06/2016 | **Lagerung:** | + 15 °C to 25 °C |

| Parameter | Spezifikationen | Chargen Wert |
|---|---|---|
| **Form** | flüssig | wie spezifiziert |
| **Farbe** | farblos | wie spezifiziert |
| **pH-Wert** | - | - |
| **osmotischer Druck** | 0,000 | wie spezifiziert |
| **Brechungsindex $n_D$ 20 °C** | 1,333 | wie spezifiziert |
| **Dichte bei 20°C** | 0,998 | wie spezifiziert |
| **Oxidierbare Substanz** | <0,5 mg/l | <0,5 mg/l |
| **Leitfähigkeit** | < 1,0 µS/cm | 0,74 µS/cm |
| **Schwermetallgrenzprüfung** | <0,2 ppm | <0,1 ppm |
| **Calcium** | <0,1 mg/l | <0,1 mg/l |
| **Magnesium** | <0,1 mg/l | <0,1 mg/l |
| **Natrium** | <0,1 mg/l | <0,1 mg/l |
| **Kalium** | <0,1 mg/l | <0,1 mg/l |
| **Gesamthärte** | <0,1 mmol/l | <0,1 mmol/l |
| **Kohlenwasserstoff-Index** | <0,1 mg/l | <0,1 mg/l |
| **Siliziumoxid** | <0,01 mg/l | <0,01 mg/l |
| **Löslich in Methanol** | - | - |
| | Gedruckt am: 19. Sep. 2014 | Geprüft am: 11.06.2014 |

Dr. Wolfgang Schräder
(Produktionsleiter)

- Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig –

Waldeck GmbH & Co. KG
Havixbecker Str. 62
48161 Münster/Germany
County Court Münster
HRA 1926

Unlimited Partner:
Wahlig Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH
County Court Münster
HRB 692

Managing Directors:
Franz Wahlig
Dr. Tom Wahlig
Wilhelm Wahlig

Contact:
Phone:+49(0)180/2 24 76 62
Fax: +49(0)180/1 24 76 62
info@chroma-online.com
www.chroma.de