Analysenzertifikat

Produktname:	Testsimplets	**Formel:**	-
Artikelnummer:	191574	**Molmasse:**	-
Chargen Nr.:	331927	**CAS Nr.:**	-
Haltbarkeit:	04/2014	**Lagerung:**	+ 15°C - 25°C

Parameter	**Spezifikationen**	**Chargenwert**	**iO/niO**
Extinktion bei 578 nm	0,25 – 0,45	0,285 – 0,375	iO
Extinktion bei 623 nm	0,15 – 0,35	0,220 – 0,285	iO
Blutbild	deutlich zu differenzieren	wie spezifiziert	iO
	Gedruckt am: 29. Mai. 2013	Geprüft am: 18/04/2012	

Die Chargenwerte entsprechen den Spezifikationen

Dr. Wolfgang Schräder
(Produktionsleiter)

- Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig -

Waldeck GmbH & Co. KG
Havixbecker Str. 62
48161 Münster
Amtsgericht HRA 1926

Komplementärin:
Wahlig Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH
Amtsgericht Münster HRB 692

Geschäftsführer:
Franz Wahlig
Dr. Tom Wahlig
Wilhelm Wahlig

Kontakt:
Tel.: +49(0)180/2 22 56 59
Fax: +49(0)2534/97 01 95
info@waldeck-online.com
www.waldeck-online.com